

ÜBERSICHT PARTIKELMESSGERÄTE



HHPC-6



Met One 3400 - Serie

Name	Art.-Nr.	Beschreibung
HHPC-6	PZHHPC-6	Mindestempfindlichkeit: 0.3 µm Luftdurchsatz: 0.10 cfm (2,83 L)
MetOne 3413	PZMETONE3413	Mindestempfindlichkeit: 0.3 µm Luftdurchsatz: 1.00 cfm (28,3 L)
MetOne 3415	PZMETONE3415	Mindestempfindlichkeit: 0.5 µm Luftdurchsatz: 1.00 cfm (28,3 L)
MetOne 3423	PZMETONE3423	Mindestempfindlichkeit: 0.3 µm Luftdurchsatz: 1.77 cfm (50,0 L)
MetOne 3425	PZMETONE3425	Mindestempfindlichkeit: 0.5 µm Luftdurchsatz: 1.77 cfm (50,0 L)

hans j. michael gmbh

HANS J. MICHAEL GmbH, Hart 11, 71554 Weissach i.T., Tel. 07191/9105-0, Fax 07191/9105-19
e-mail: office@hjm-reinraum.de Internet: <http://www.hjm-reinraum.de>